

**Obszar zastosowania:**

BEMARY

Piktogram nr 31

**Procedura:**



**Czyszczenie:** Clinex 4-Dirt  
**Temperatura:** Ciepła  
**Dozowanie:** 1-5% [10-50ml/L]  
**Dezynfekcja:** Clinex DEZOFast  
 Koncentrat  
**Temperatura:** 20°C  
**Dozowanie:** 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Zastosuj roztwór dezynfekujący
8. Pozostaw na 30 minut
9. Przetrzyj czystą wodą
10. Pozostaw do wyschnięcia

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka

**Dodatkowe uwagi:**

Uchwyt urządzenia jest potencjalnym źródłem infekcji.  
 Dezynfekuj to miejsce kilka razy dziennie.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX